

Rawicz, dn. 13.02.2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rawiczu informuje, iż do dnia 13.02.2017r. do MGOPS w Rawiczu wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego z dnia 07.02.2017r. znak: MGOPS.FE.503.6.2017.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane zapytania:

1. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości balkonik, podpórka, którego wysokość będzie mieściła się w zakresie 94 – 101 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami)?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

2. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości łaskę czwórnóg rehabilitacyjny, którego wysokość będzie mieściła się w przedziale: 73,5 – 96 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami)?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

3. Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kule łokciowe, których regulacja skokowa będzie wynosiła 3,5 cm (pozostałe parametry zgodne z wymaganiami)?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka rehabilitacyjnego o parametrach:

- Szerokość leża: 90 cm
- Długość leża: 200 cm
- Szerokość całkowita: 102 cm
- Długość całkowita: 214 cm
- Min. wysokość leża: 33,5/40 cm
- Max. wysokość leża: 74,5/81 cm



- Kąt nachylenia zagłówka: 83°
- Kąt nachylenia części udowej: 32°
- Kąt nachylenia łydki: -15°
- Max. obciążenie: 200 kg
- brak możliwości awaryjnego opuszczania leża

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

5. Czy wymiary poszczególnych sprzętów mają jakieś "widelki" np 1-2cm czy są to sztywne wymagania ?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

6.Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości leża w zakresie 40-80 cm?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez awaryjnego opuszczania leża?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

8.Co zamawiający ma na myśli opisując parametr awaryjnego opuszczania leża?

ODP: Parametr awaryjnego opuszczania leża oznacza posiadanie systemu awaryjnego zasilania umożliwiające opuszczenie łóżka i segmentów leża w przypadku braku prądu.

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2180 x 1010 mm?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

DYREKTOR
MG Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
mgr Władysław Czajkowska