



Rawicz, dn. 21.02.2017r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rawiczu informuje, iż do dnia 21.02.2017r. do MGOPS w Rawiczu wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego z dnia 20.02.2017r. znak: MGOPS.FE.503.9.2017.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane zapytania:

1. Czy zamawiający dopuści łóżko o maksymalnym obciążeniu 175 kg ?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

2. Czy zamawiający wymaga, aby siłowniki na szczytach łóżka były zabudowane płytą czy mogą być widoczne?

ODP: Zamawiający nie wymaga, aby siłowniki na szczytach łóżka były zabudowane płytą.

3. Czy zamawiający wymaga, aby tablica posiadała miejsce do zamocowania siatek czy komplet siatek może być osobnym wyposażeniem tablicy?

ODP: Zamawiający wymaga, aby tablica do ćwiczeń manualnych posiadała miejsce do zamocowania siatek.

DYREKTOR
MG Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu
mgr Władysława Czajkowska