

Rawicz, dn. 24.04.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rawiczu informuje, iż do dnia 24.04.2019r. do MGOPS w Rawiczu wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego z dnia 15.04.2019r. znak: MGOPS.FE.503.13.2019.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane zapytania:

1. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia do 21 dni?

ODP: Zamawiający nie wydłuży czasu realizacji zamówienia. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Czy Zamawiający w opisie „regulacja wysokości leża, kąt nachylenia oparcia, części udowej podnóżka, części łydkowej podnóżka na pilota” ma na myśli jednoczesną elektryczną regulację wysokości segmentu uda i podudzia (jeden siłownik), przy czym pozycja segmentu podudzia względem uda realizowana jest manualnie?

ODP: Zamawiający w opisie „regulacja wysokości leża, kąt nachylenia oparcia, części udowej podnóżka, części łydkowej podnóżka na pilota” ma na myśli jednoczesną elektryczną regulację wysokości segmentu uda i podudzia (jeden siłownik), przy czym pozycja segmentu podudzia względem uda realizowana jest manualnie.

3. Czy zamawiający dopuści tablice: Błat tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem TB/O wykonany jest ze sklejki, drobne przyrządy z litego drewna. Całość zamontowana jest na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości. Stopki z olejoodpornej gumy pozwalające eliminować wpływ nierówności podłogi. Tablica TB/O wyposażona jest w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu. Wymiary blatu 73x53, regulacja wysokości 40-63 cm

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.

DYREKTOR
MG Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rawiczu

mgr Władysław Czajkowski