

Rawicz, dn. 25.04.2019r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rawiczu informuje, iż do dnia 25.04.2019r. do MGOPS w Rawiczu wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego z dnia 15.04.2019r. znak: MGOPS.FE.503.13.2019.

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na otrzymane zapytania:

1. Czy zamawiający może wyjaśnić lub rozwinąć punkt „leże można zwiesić w dwóch pozycjach”?

ODP: Leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej

2. Czy zamawiający dopuści łóżko o płynnej regulacji od 40 do 80 cm?

ODP: Zamawiający nie przewiduje odstępstw od parametrów określonych w zapytaniu ofertowym.



